

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	102152968
	RELATÓRIO Nº : 21900/24	

Produto: GASÓLEO A

Num. Ordem: 102152968  
Num. Amostra: 203315281  
Ref. Laboratorio: 21900/24Solicitante: Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.  
Direção: Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar  
Edifício D, 1º andar  
1649 038 - LisboaData da toma (#): 2024-07-29  
Tipo de combustível (#): Gasóleo Simples  
Selo (#): 11604  
Numero único (#): 4555  
Embalagens (#): 1 Bot. 1l  
Especificação: Decreto-Lei nº 152-C/2017  
Data de receção: 2024-10-02

Período de Análise: 2024-10-04 / 2024-11-25

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERTIDUM.	LIMITES		LIMITES 0,59R	
					MIN	MAX	MIN	MAX
Aspecto visual	*Inspeção visual	NO CUMPLE			Claro e límpido			
Índice de Cetano	UNE EN 16715:2016							
Índice de Cetano derivado		53,2	sem ud	1,0	51,0		50,2	
ID		3,09	ms	0,12				
CD		4,47	ms	0,09				
Temperatura da parede da câmara		586,2	° C					
Período de injeção		2500	µs					
Outliers dados excluídos ID e CD		1	sem ud					
Material de referência interno/externo		Externo	sem ud					
Massa volúmica a 15º C	UNE-EN ISO 12185:1999	842,8	kg/m³	0,4	820,0	845,0	819,7	845,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2019+A1:2023	2,6	% m/m	0,7		8,0		9,1
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020/A1:2022	7,0	mg/kg	1,9		10,0		11,8
Destilação: 95% V/V recolhido	UNE EN ISO 3924:2020 (proc.B-Anexo A)	360,0	° C	2,7		360,0		362,3
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	7,2	% V/V	0,4		7,0		7,3
Teor de manganês (MMT)	*UNE-EN 16576:2015	<0,50	mg/l			2,00		2,19

## Observações:

Aspecto visual: a amostra apresenta sólidos decantados.

Aprovado:

Ana Dorado Diviu  
Chefe do laboratório central  
29 de novembro de 2024

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

As operações e dados de amostragem são fornecidos pelo cliente. Este laboratório não é responsável por tais informações nem está coberto por Acreditação ENAC.

(#) Informação fornecida pelo cliente. (\*\*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.



\* Os ensaios marcados com um asterisco não são abrangidos pela acreditação ENAC.